

DATA: 5/10/11

CONTROLLO DI ZERO

BOMBOLA FILTRO INTERNO

CONTROLLO DI SPAN

BOMBOLA TUBO A PERMEAZIONE

PARAMETRO	CONTROLLO DI ZERO			NOTE:
	ORA	LETTURA ANALIZZATORE	SISTEMA ACQUISIZIONE DATI	
CO	08:10	0,01	0	
NO		0	0,2	
NO ₂		-0,6	0	
SO ₂				
O ₃				
THC				
CH ₄				
NMC				

PARAMETRO	CONTROLLO DI SPAN				
	ORA	BOMBOLA	TEORICO	LETTURA ANALIZZATORE	SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI
CO	8:29	071309	0,90	10,04	10,09
NO		083575	320	330	321
NO ₂		11 11	510	8	8
SO ₂ Boverk		109548	31,43	34,29	
O ₃ Tausk		11	36,30	36,31	
THC ETU		11	43,66	43,18	
CH ₄ PANK		11	42,78	42,73	
NMC METX		11	44,10	43,91	
ONTO X		11	42,34	43,91	

NOTE:



DATA: 21/10/14

CONTROLLO DI ZERO

BOMBOLA FILTRO INTERNO

CONTROLLO DI SPAN

BOMBOLA TUBO A PERMEAZIONE

PARAMETRO	CONTROLLO DI ZERO			NOTE:
	ORA	LETTURA ANALIZZATORE	SISTEMA ACQUISIZIONE DATI	
CO	8:20	0	0	
NO		0	0	
NO ₂		493	0	
SO ₂				
O ₃				
THC				
CH ₄				
NMC				

PARAMETRO	CONTROLLO DI SPAN				
	ORA	BOMBOLA	TEORICO	LETTURA ANALIZZATORE	SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI
CO	8,15	071309	9,30	10,10	10,11
NO		083875	320	306	306,3
NO ₂		1	510	8,9	8,0
SO ₂ Benz	9,00	109548	31,4344	34,24	
O ₃ Titrom		11	36,39	36,38	
THC Letu B		11	43,66	43,61	
CH ₄ Rapo X		11	42,78	42,51	
NMC Max X		11	44,10	44,01	
ONTO X user		11	42,34	42,26	

NOTE:

